

UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 370 /SYT-NVY

Thái Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2017

V/v đảm bảo an toàn người
bệnh chạy thận nhân tạo

Kính gửi: - Bệnh viện đa khoa tỉnh,
- Bệnh viện đa khoa Tiền Hải,
- Bệnh viện trường Đại học Y.

Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 29/5/2017 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xảy ra 18 trường hợp sốc phản vệ khi đang chạy thận nhân tạo và đến ngày 30/5/2017 có 7 trường hợp đã tử vong. Đây là sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng làm tử vong và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người chạy thận nhân tạo, gây bức xúc trong xã hội. Để đảm bảo an toàn và phòng ngừa sự cố y khoa có thể xảy ra cho người bệnh chạy thận nhân tạo, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc BVĐK tỉnh, BVĐK Tiền Hải và bệnh viện trường Đại học Y:

1. Khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy trình chạy thận nhân tạo thực hiện tại đơn vị, từ việc khám bệnh trước khi chạy thận, quy trình vận hành máy, thuốc, hóa chất, vật tư, cán bộ thực hiện kỹ thuật để bổ sung kịp thời đảm bảo thực hiện đúng quy chuẩn chạy thận nhân tạo. Tổ chức tập huấn và có phương án phối hợp trong cấp cứu sốc phản vệ.


2. Theo dõi nắm bắt kịp thời kết luận của Hội đồng chuyên môn ngành y tế tỉnh Hòa Bình và của Bộ Y tế để rút kinh nghiệm tại đơn vị góp phần đảm bảo an toàn người bệnh.

Nhận Công văn, Sở Y tế đề nghị đơn vị khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 02/6/2017.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Bộ Y tế;
- UBND tỉnh
- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế;
- Lưu VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đỗ Thanh Giang